

Omavalvontasuunnitelma

Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry

Päivitetty 2.8.2024

Sisältö

1	Palveluntuottajaa, palveluyksikköä ja toimintaa koskevat tiedot	2
1.1	Palveluntuottajan perustiedot	2
1.2	Palveluyksikön perustiedot	2
1.3	Palvelut, toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet	2
2	Asiakas- ja potilasturvallisuus	3
2.1	Palveluiden laadulliset edellytykset	3
2.2	Vastuu palvelujen laadusta	4
2.3	Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet	4
2.4	Muistutusten käsittely	4
2.5	Henkilöstö	4
2.6	Asiakas- ja potilastyöhön osallistuvan henkilöstön riittävyyden seuranta	5
2.7	Monialainen yhteistyö ja palvelun koordinointi	5
2.8	Toimitilat ja välineet	5
2.9	Lääkinnälliset laitteet, tietojärjestelmät ja teknologian käyttö	6
2.10	Lääkehoitosuunnitelma	6
2.11	Asiakas- ja potilastietojen käsittely ja tietosuojat	6
2.12	Säännöllisesti kerättävän ja muun palautteen huomioiminen	6
3	Omaavalvonnalla riskienhallinta	7
3.1	Palveluyksikön riskienhallinnan vastuut, riskien tunnistaminen ja arvioiminen	7
3.2	Riskienhallinnan keinot ja toiminnassa ilmenevien epäkohtien ja puutteiden käsittely ..	8
3.3	Riskienhallinnan seuranta, raportointi ja osaamisen varmistaminen	9
3.4	Ostopalvelut ja alihankinta	9
3.5	Valmius- ja jatkuvuuden hallinta	9
4	Omaavalvontasuunnitelman toimeenpano, julkaiseminen, toteutumisen seuranta ja päivittäminen	9
4.1	Toimeenpano	9
4.2	Julkaiseminen, toteutumisen seuranta ja päivittäminen	10
Liitteet	11	
Liite 1.	Laiterekisteri	11
Liite 2.	Omaavalvontasuunnitelman ajantasaisuus	13
Liite 3.	Palautelomake	14

1 Palveluntuottajaa, palveluyksikköä ja toimintaa koskevat tiedot

1.1 Palveluntuottajan perustiedot

Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry, y-tunnus 0281205-3

Torikatu 29 A, 80100 JOENSUU

Puh. 050 4343997 / Toiminnanjohtaja Annika Immonen

Sähköposti: pohjois-karjala@sydan.fi

1.2 Palveluyksikön perustiedot

Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry

Torikatu 29 A, 80100 JOENSUU

Puh. 050 4343997

Sähköposti: pohjois-karjala@sydan.fi

Mittaustoiminnasta vastaavat henkilöt: Toiminnanjohtaja Annika Immonen, hanketyöntekijä Salla Orozco

1.3 Palvelut, toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet

Omavalvontasuunnitelma kattaa apteekeissa, erilaisissa tapahtumissa sekä piiritoimistolla toteutettavan mittaustoiminnan ja terveysneuvonnan. Pohjois-Karjalan Sydänpiirin toiminta-alueeseen kuuluu koko Pohjois-Karjala sekä Kerimäki, Punkaharju ja Savonlinna. Toimintaa toteutetaan sekä Pohjois-Karjalan Siun Soten hyvinvointialueella, että Etelä-Savon Eloisan hyvinvointialueella.

Sormenpäästä kapillaariverinäytteen vaativat mittaukset ovat hemoglobiini, verensokeri, HbA1c eli pitkäsookeri, lipidipaketti ja kokonaiskolesteroli. Lisäksi voidaan mitata verenpaine, puristusvoima ja vyötärön ympäryys.

Mittaustoiminnan ja terveysneuvonnan tavoitteena on tarjota matalalla kynnyksellä mahdollisuus tarkastuttaa oma terveystilanne arvojen suhteen ja saada ammattilaisen neuvontaa. Näin tuetaan henkilön mahdollisuuksia huolehtia omasta terveydestä ja toteuttaa omahoitoa. Tarvittaessa asiakas ohjataan hakeutumaan jatkohoitoon joko julkisen tai yksityisen puolen terveyspalvelujen piiriin esimerkiksi lääkityksen aloittamisen tarpeen arvioimiseksi.

Toiminnan pääasiallisena kohderyhmänä ovat sydänsairastuneet tai korkean sydän- ja verisuonitauti sairastumisriskin omaavat henkilöt. Palvelut ovat kuitenkin tarjolla kaikille halukkaille. Säännöllisiä mittauspäiviä toteutetaan syksyn 2024 aikana piiritoimistolla 8kpl ja Noljakan apteekilla 4 kpl. Tämän lisäksi mittauksia saatetaan tehdä satunnaisesti myös erilaisten terveys- ja hyvinvointitapahtumien yhteydessä.

2 Asiakas- ja potilasturvallisuus

2.1 Palveluiden laadulliset edellytykset

Mittauksia tehdään ehjillä ja toimivilla mittareilla, jotka on tilattu vahvistetuilta toimittajilta. Mittauslaitteille tehdään säännöllisesti laitteen valmistajan ohjeen mukaisesti sisäistä laadunvalvontaa soveltuvilla kontrolliliuksilla. Osalle mittareista tehdään lisäksi ulkoista laadunvalvontaa yhteistyössä Labqualityn kanssa, ks. liite 1. laiterekisteri.

Kylmäsäilytystä vaativat testikasetit sekä kontrolliliukset säilytetään niiden säilyttämiseen erikseen hankitussa jääkapissa. Viileäsäilytyksen lämpötilaohjeistuksen mukaisesti huolehditaan, että lämpötila pysyy +2–8 asteen vaihteluvälin sisällä. Mikäli testikasetit voidaan säilyttää huoneenlämmössä, kirjataan niihin huoneenlämpöön saattamisen päivämäärä ja noudatetaan valmistajan säilymisohjeistusta.

Kontrollien tuloksista sekä jääkaapin lämpötilakontrolleista on osoitettavissa erillinen kirjanpito Pohjois-Karjalan Sydänpiirin toimistolla. Laiterekisteriin (Liite 1.) kirjataan tiedoksi kontrollienotto-päivämäärät, sekä onko tulos hyväksytty vai hylätty, mahdolliset jatkotoimenpiteet sekä muut huomiot.

Mittauksia suorittavat henkilöt ovat terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneita ammattilaisia, jotka ylläpitävät osaamistaan tarvittaessa erilaisten koulutusten avulla ja ovat perehtyneet mittauslaitteiden käyttöön. Ennen Afinion 2 -laitteen käyttämistä jokainen mittaustoimintaan osallistuva työntekijä suorittaa laitevalmistajan käyttöönottokoulutuksen:

<https://www.globalpointofcare.abbott/fi/fi/support/product-installation-training/afinion2-install-training-guide.html>

Toimistolla palveluihin saapuvien asiakkaiden turvallisuuden takaa toimintaan soveltuvat tilat hätäpoistumisteineen ja alkusammutusvälineistöineen. Koulutettu ja osaava henkilökunta tietää miten mahdollisissa hätätilanteissa tulee menetellä.

2.2 Vastuu palvelujen laadusta

Jokaisella palvelua tuottavalla työntekijällä on henkilökohtainen vastuu tuottamansa palvelun laadusta. Työnantajan vastuulla on tarjota työntekijälle riittävä perehdytys, jotta palvelun tuottaminen laadukkaasti mahdollistuu. Käytössä olevien mittauslaitteiden laadun takaa laitteen valmistaja tai maahantuoja, esimerkiksi Afinion 2 -laitteella on 24 kuukauden takuu. Takuuajkojen umpeuduttua laitteet lähetään tarpeen vaatiessa huoltoon, mikäli sisäiset tai ulkoiset kontrollitulokset niin edellyttävät.

2.3 Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet

Mittaustoimintaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Asiakkaalla on oikeus missä tahansa kohtaa mittaustilannetta kieltäytyä jatkamasta mittauksia ilman sanktioita. Asiakasta tiedotetaan tästä suusanallisesti mittaustilanteen alussa. Tuloksia käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti, jokainen mittaustoimintaan osallistuva ammattilainen on vaitiolovelvollinen. Saadut mittaus tulokset viedään tuloksellisuuden raportointia varten kirjanpitoon ilman tunnistetietoja, jottei tietosuoja vaarannu. Asiakas itse saa mittaustuloksensa mukaan halutessaan paperilomakkeelle kirjattuna. Lomakkeessa näkyvät mittauspäivä, mahdollisesti mittauksen tehneen henkilön nimi, sekä viitearvot mittauksille. Sydänpiirillä tehdyt mittaukset eivät kirjaudu yleisiin terveydenhuollon asiakasjärjestelmiin tai -rekistereihin.

2.4 Muistutusten käsittely

Ei koske Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry:n toimintaa.

2.5 Henkilöstö

Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry:llä työskentelee tällä hetkellä toiminnanjohtaja, kaksi täysipäiväistä hanketyöntekijää sekä tuntityöläinen. Mittaustoimintaa suorittavat toiminnanjohtaja sekä hanketyöntekijät, joilla on toiminnan edellyttämä koulutus ja pätevyys. Työntekijöiden ammattioikeudet

on varmistettu työhönotto tilanteessa.

Henkilöstö perehdytetään työn alkaessa tehtäviinsä. Tarpeen mukaan tarjolla on myös osaamista tukevaa koulutusta mm. Sydänliiton järjestämänä. Jokainen mittaus toimintaa suorittava henkilö on myös itse vastuussa riittävän osaamisen ylläpitämisestä ja päivittämisestä.

2.6 Asiakas- ja potilastyöhön osallistuvan henkilöstön riittävyyden seuranta

Ei koske Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry:n toimintaa.

2.7 Monialainen yhteistyö ja palvelun koordinointi

Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry:n mittauspalveluissa käyneiden henkilöiden tiedot eivät kirjaudu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiin tai rekistereihin. Palvelun yhteydessä Sydänpiirin ammattilainen ohjeistaa potilasta tarpeen vaatiessa olemaan itse yhteydessä esimerkiksi omaan terveyskeskukseen. Mikäli tilanne on akuutti voi ammattilainen mittaus tilanteessa olla yhteydessä asiakkaan luvalla myös asiakkaan puolesta julkiseen terveydenhuoltoon.

Potilas on itse vastuussa omahoidostaan ja mahdollisesta jatkohoidostaan/hoidon jatkuvuudesta.

2.8 Toimitilat ja välineet

Mittaus toimintaa suoritetaan Pohjois-Karjalan Sydänpiirin toimistotiloissa. Mittauspisteen välittömässä läheisyydessä sijaitsee vesipiste, ensiaputarvikkeet sekä sydäniskuri. Mittauslaitteet ja -välineet ovat ammattilaiskäyttöön ja toimintaan sopivia ja/tai tilattu luotettavilta maahantuojilta. Laitteita huolletaan ja kontrolloidaan säännöllisesti.

Toimitiloissa on asianmukaiset hätäpoistumistiet sekä alkusammutusvälineistö. Henkilön yksityisyydensuoja pyritään turvaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Odotustila on toimiston aulassa, mutta varsinaiset mittaukset suoritetaan yksityisessä tilassa. Asiakkaan yksityisistä asioista ei keskustella käytävillä.

Tapahtumissa yksityisyydensuoja pyritään turvaamaan niin hyvin kuin se tapahtuman luonne huomioon ottaen on mahdollista. Muista toimitiloihin liittyvästä turvallisuudesta tapahtumissa vastaavat tapahtumien järjestäjät.

2.9 Lääkinnälliset laitteet, tietojärjestelmät ja teknologian käyttö

Mittaustoiminnasta syntyviä tietoja käsitellään anonymisti. Ainoastaan henkilön oletettu sukupuoli, ikä ja mittausarvot tallennetaan suojattuun taulukkoon myöhempää raportointia ja toiminnan vaikuttavuuden arviointia varten.

Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry:llä ei ole käytössään asiakastietojärjestelmiä tai muita erillisiä rekistereitä.

Mittaustoiminnassa käytettävät laitteet ovat kaikki CE-merkittyjä. CE-merkintä, joka osoittaa, että se täyttää EU vaatimukset ja on hyväksytty markkinoille saattamiseen.

2.10 Lääkehoitosuunnitelma

Palveluyksikössä ei toteuteta lääkehoitoa.

2.11 Asiakas- ja potilastietojen käsittely ja tietosuoja

Mittaustoiminnasta syntyviä tietoja käsitellään anonymisti. Palveluihin tuleville asiakkaille tiedotetaan, että heidän mittausarvonsa kirjataan suojattuun taulukkoon anonymisti toiminnan vaikuttavuuden arvioimista ja raportointia varten. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tietojen luovuttamisesta. Mitään tietoja, joilla asiakas olisi henkilöitävissä, ei kerätä.

2.12 Säännöllisesti kerättävän ja muun palautteen huomioiminen

Koska asiakkaat käyttävät palveluita anonymisti ei jälkikäteen lähetettävien sähköisten palautteiden kerääminen ole mahdollista.

Mittaustapahtumien yhteydessä toimistolla odotusaulassa on mahdollisuus jättää nimetön kirjalli-

nen palaute palautelaatikkoon asiointin päätteeksi, ks. liite 3. Palautelomake. Mikäli asiakas toivoo palautteeseensa vastausta, tulee hänen jättää yhteystietonsa lomakkeeseen yhteydenottoa varten. Palautelomake yhteystietoineen säilytetään vain asian käsittelyä edellyttämän ajan, jonka jälkeen se tuhoetaan tietosuojaturvallisesti. Palautteisiin pyritään vastaamaan 3–5 arkipäivän kuluessa.

Vastaanotolla asiakastyytyväisyyden arviointia tehdään myös ammattilaisen oman havainnoinnin sekä suusanallisen keskustelun perusteella.

Saadut kirjalliset sekä suulliset palautteet käydään yhdessä läpi työyksikössä viikoittain toimistopalaverin yhteydessä. Saatua palautetta hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan toiminnan kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi.

3 Omavalvonnan riskienhallinta

3.1 Palveluyksikön riskienhallinnan vastuut, riskien tunnistaminen ja arvioiminen

Jokaisella henkilöstön jäsenellä on vastuu huomioida kokonaisvaltaisesti palvelun tuottamiseen olennaisesti liittyvät riskit ja osata toimia riskien minimoimisen edellyttämällä tavalla.

Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry:n tuottamien palveluiden

merkittävimmiksi riskeiksi voidaan tunnistaa:

-Asiakkaan huonovointisuus kesken mittaus-toimenpiteen → toiminta riippuen tilanteesta.

Pieni tai kohtalainen riski:

-Pistotapaturma (riski hyvin pieni, koska käytetään turvalansetteja)

-Roisketapaturma (kapillaaripistosten verimäärät ovat yleensä hyvin vähäisiä, jolloin myöskään roiskeita ei synny)

3.2 Riskienhallinnan keinot ja toiminnassa ilmenevien epäkohtien ja puutteiden käsittely

Lähtökohtaisesti Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry:n toteuttamaan mittaustoimintaan olennaisesti liittyvät riskit ovat hyvin vähäiset. Jokainen mittaustoimintaa suorittava ammattihenkilö on perehdytetty toimintaan. Perehdytyksen yhteydessä on käyty läpi myös toiminnan mahdolliset riskit ja riskitilanteissa toimiminen.

-Henkilön mennessä äkillisesti huonovointiseksi mittaustapahtuman yhteydessä aloitetaan välittömästi ensiapua toimenpiteet. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soitetään hätänumeroon 112 ja noudatetaan hätäkeskuksen antamaa ohjeistusta. Mittaustoimintaa tekevät ammattilaiset osaavat antaa mm. hätäensiapua ja elvyttää.

-Ohjeistus mahdollisessa pistotapaturma tilanteessa:

1.Älä purista haavaa.

Pese haava: Huuhtelee haava välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. Käytä antiseptistä ainetta, kuten jodipitoista liuosta tai alkoholipitoista käsihuuhdetta.

Jos roiskeita on silmissä, huuhtelee silmät välittömästi vedellä tai silmähuuhteella vähintään 10 minuutin ajan.

2.Ilmoita tapaturmasta.

Raportoi välittömästi: Ilmoita pistotapaturmasta esimiehelle. Täytä tapaturmailmoitus: Kirjaa ylös tapaturman yksityiskohdat, kuten aika, paikka, tapahtumankulku ja käytetyt välineet.

3.Arvioi riski.

Selvitä potilaan tausta: Jos mahdollista, selvitä, onko altistumisen aiheuttanut potilas tai näyte peräisin henkilöltä, jolla on veriteitse tarttuva sairaus, kuten HIV, hepatiitti B tai hepatiitti C.

Verikokeet: Ota välittömästi verinäytteet sekä työntekijältä että mahdolliselta lähdepotilaalta altistuksen arvioimiseksi.

4.Lääketieteellinen arvio ja seuranta.

Tartuntatautilääkäri: Ota yhteyttä tartuntatautilääkäriin tai työterveyshuoltoon jatkoarviointia ja hoitoa varten.

Rokotukset ja vasta-ainehoito: Harkitse hepatiitti B -rokotussuojaa ja tarvittaessa immunoglobuliinihoitoa.

Seuranta: Työntekijän tulee käydä seurantakäynneillä infektiotautien asiantuntijalla määrättyjen

aikavälien mukaan (yleensä 6 viikon, 3 kuukauden ja 6 kuukauden kuluttua altistuksesta).

5.Psykologinen tuki:

Tukipalvelut: Tarjoa työntekijälle mahdollisuus keskustella tilanteesta työterveyshuollon tai muun psykologisen tukipalvelun kanssa, sillä pistotapaturmat voivat aiheuttaa ahdistusta.

3.3 Riskienhallinnan seuranta, raportointi ja osaamisen varmistaminen

Toteutuneista riskeistä pidetään erillistä kirjanpitoa.

Useat laitevalmistajat edellyttävät, että vaaratilanteista ilmoitetaan esimerkiksi laitteen valmistajalle. Kaikista Afinion 2 -järjestelmän käyttöön liittyvistä vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä/potilas sijaitsee.

3.4 Ostopalvelut ja alihankinta

Ei kosketa Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry:tä.

3.5 Valmius- ja jatkuvuuden hallinta

Palveluyksikön valmius- ja jatkuvuudenhallinnasta sekä valmius- ja jatkuvuussuunnitelmasta vastaa Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry:n toiminnanjohtaja, joka tällä hetkellä on Annika Immonen. Sydänpiirin hallitus on velvollinen perehdyttämään uuden toiminnanjohtajan tehtäviinsä, mikäli henkilöstöön tulisi muutoksia. Tällöin myös vastuu jatkuvuuden hallinnasta siirtyy uudelle toiminnanjohtajalle.

4 Omavalvontasuunnitelman toimeenpano, julkaiseminen, toteutumisen seuranta ja päivittäminen

4.1 Toimeenpano

Omavalvontasuunnitelma käydään läpi yhdessä henkilöstön kanssa ja kaikkia velvoitetaan sitoutumaan työssään toimimaan suunnitelman mukaisesti. Kaikki työyhteisön jäsenet tietävät missä omavalvontasuunnitelmaa säilytetään.

Omavalvontasuunnitelmaan tehdyt päivitykset ja muutokset käydään läpi yhteisesti koko henkilöstön kanssa erillisessä kokouksessa tai toimistopalaverin yhteydessä. Omavalvontasuunnitelman ajantasaisuudesta vastaava henkilö huolehtii, että tieto muutoksista saavuttaa myös mahdollisesti poissaolevat henkilöt.

4.2 Julkaiseminen, toteutumisen seuranta ja päivittäminen

Omavalvontasuunnitelma on julkisesti nähtävissä Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry:n internetsivustolla ”Mittaustoiminta” valikon alla. Lisäksi suunnitelmasta on nähtävillä tuloste Sydänpiirin toimistolla, jota säilytetään yhdessä muun mittaustoimintaan liittyvän materiaalin kanssa. Tuloste on nähtävillä ulkopuolisille toimiston aukioloaikojen puitteissa arkisin.

Omavalvontasuunnitelman päivittämisestä vastaava henkilö on tällä hetkellä: Salla Orozco, salla.orozco@sydan.fi, puh: 044 339 7339.

Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään aina tarpeen mukaan ja sen ajantasaisuus varmistetaan mittarikontrollien yhteydessä noin 3, vähintään 4, kuukauden välein. Ajantasaisuuden varmistamisesta kirjataan merkintä liitteenä 2. olevaan taulukkoon, ks. Liite 2. Omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus. Mikäli omavalvontasuunnitelmaan tulee muutoksia, julkaistaan päivitetty versio viiveettä myös Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry:n internetsivustolla.

Jokainen työnantajan palveluksessa oleva palveluita tuottava henkilö vastaa omalta osaltaan siitä, että tuo päivityksestä vastaavan henkilön tietoon huomioin arvoiset seikat mahdollisista muutostarpeista tai puutteista toiminnassa.

Liitteet

Liite 1. Laiterekisteri

Laitte	Sisäinen laadunvalvonta	Ulkoisen laadunvalvonta	Kontrollit suoritettu viimeksi	Muu
<p>Abbot Afinion 2 (CE-merkitty)</p> <p>(Laitteella tehtävät mittaukset: Lipidi -paneeli ja HbA1c)</p>	<p>-Laitteella on sisäinen menetelmäkontrolli. Sisäinen testaus tapahtuu analysaattorin käynnistysvaiheen aikana, analysaattori on käyttövalmis, kun käynnistysvalikko näkyy näytössä ja vihreä merkkivalo syttyy. Afinion™ 2-analyysaattori eliminoi väärät tulokset integroidun virheentunnistus- ja itsetarkastusjärjestelmän avulla.</p> <p>Ks. Lisätietoja laitteen käyttöohjeesta esim. https://globalpointofcare.eifu.abott/fi/detail-screen.html</p>	<p>Jokaiselle Afinion™ 2-analyysaattorille on tehty kiinteä kalibrointi tehtaalla. Jokainen Afinion™ -testierä sisältää kalibroitiedot viivakooditarrassa. Integroitu kamera lukee erän kalibroitiedot, joita käytetään tulosten laskemiseen.</p>	<p>Laitteen käyttöönotto:</p> <p>-tehty HbA1c 3.6.2024, tulos ok. Lipidi-paneelin kontrolliliuos jälkitoimituksessa. Saapunut 31.7.2024.</p> <p>31.7.2024</p> <p>-Lipidi -paneelin kontrolli, tulos ok.</p> <p>-HbA1c kontrolli, tulos ok.</p> <p>Kontrollitestauksen tiheys:</p> <p>-Kun Afinion 2 -analyysaattori käynnistetään ensimmäisen kerran.</p> <p>-Jokaisen uuden Afinion-testipakettitoimituksen yhteydessä.</p> <p>-Jokaisen uuden Afinion-testipakettierän yhteydessä.</p> <p>-Jos saadaan odottamaton potilastestitulokset.</p> <p>-Kun henkilökuntaa koulutetaan Afinion 2 -järjestelmän käyttöön.</p> <p>-Jos kansalliset tai paikalliset määräykset edellyttävät tiheämpää kontrollimateriaalien testaamista, noudata laadunvarmistuksessa laitoksessasi voimassa olevia määräyksiä.</p>	<p>Afinion™ 2-analyysaattoria ei tarvitse huoltaa muulla tavoin kuin puhdistamalla sen ulkopinnat ja kasettipesä. Ulkopinnat on puhdistettava tarvittaessa.</p> <p>Kasettipesä on puhdistettava välittömästi, jos kasettipesään vuotaa materiaaleja tai nesteitä.</p>

			-Harvoin testaavien käyttäjien on tehtävä kontrollitesti vähintään 30 päivän välein	
HemoCue Hb 201+ (CE-merkitty) (Laitteella tehtävät mittaukset: Hemoglobiini)	HemoCue Hb 201+ Analyzer -laitteessa on sisäinen laadunvalvontatesti, "self test". Laitte tarkistaa automaattisesti optiikkayksikön toiminnan aina, kun laite käynnistetään. Testi suoritetaan joka toinen tunti, jos laitteen virta on jätetty päälle Lisäksi säännölliset kontrollit kontrollointiin sopivalla kontrolliliuksella 2-3x vuodessa tai aina liuskapaketin vaihtuessa	Labqualityn ulkoiset laadunarviointikierrokset 1–2 x vuodessa, jotka kirjautuvat LabScalaan. Viimeisin kierros 3/2024 läpäisty.	3.7.2024, tulos ok.	Kyvettipidike on puhdistettava aina viimeisen käyttökerran jälkeen. Opitiset osat on puhdistettava tarvittaessa. Seuraava ulkoinen Labqualityn laadunarviointikierros mahdollisesti loppuvuodesta 2024.
Cardio Check PA, 3242984 (CE-merkitty) (Laitteella tehtävät mittaukset: Kokonaiskolesterolin roli)	Jokaisen laitteen käynnistyskerroksen yhteydessä "Strip test" eli liuskatesti harmaalla kontrolliliuksella. Lisäksi säännölliset kontrollit kontrollointiin sopivalla kontrolliliuksella 2-3x vuodessa tai aina liuskapaketin vaihtuessa	Ei käytössä tällä laitteella.	31.7.2024, tulos ok.	Puhdistus käyttökertojen välissä tai likaantuessa.
CareSens N NFC mittari 1 (CE-merkitty) (Laitteella tehtävät mittaukset: Verensokeri)	Säännölliset kontrollit kontrollointiin sopivalla kontrolliliuksella 2-3x vuodessa tai aina liuskapaketin vaihtuessa	Labqualityn ulkoiset laadunarviointikierrokset 1–2 x vuodessa, jotka kirjautuvat LabScalaan. Viimeisin kierros 2/2024 läpäisty mittarin nro 1 osalta.	5.1.2024 ja 3.6.2024 mittari 1 läpäissyt kontrollin kontrolliliuksella.	

<p>Omron HBP-1120 (CE-merkitty) (Laitteella tehtävät mitaukset: Verenpaine)</p>	<p>Kalibroitu tehtaalla.</p>	<p>Ennen jokaista käyttökertaa varmistuttava "OK" symbolin syttymisestä ennen mitausta.</p>		<p>Puhdistus säännöllisesti käyttötarkoitukseen sopivilla desinfiointipyyhkeillä.</p>
---	------------------------------	---	--	---

Liite 2. Omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus

Ajantasaisuuden varmistamisen päivämäärä:	Ajantasaisuuden varmistaja:	Tehdyt muutokset suunnitelmaan:
28.8.2024	Salla Orozco	

Liite 3. Palautelomake

Kiitos asiointistasi Pohjois-Karjalan Sydänpiirin mittaustapahtumassa!

Miten onnistuimme palvelemaan sinua? Jätä meille palautetta!

Mikäli haluat, että olemme yhteydessä sinuun palautteen tiimoilta, jätäthän myös yhteystietosi. Yhteystietojasi säilytetään vain asian käsittelemisen ajan, tämän jälkeen yhteystiedot tuhoetaan tietosuojajohtueistuksen mukaisesti. Kaikki palaute on tervetullutta toiminnan kehittämiseksi.

Kiitos asiointistasi Pohjois-Karjalan Sydänpiirin mittaustapahtumassa!

Miten onnistuimme palvelemaan sinua? Jätä meille palautetta!

Mikäli haluat, että olemme yhteydessä sinuun palautteen tiimoilta, jätäthän myös yhteystietosi. Yhteystietojasi säilytetään vain asian käsittelemisen ajan, tämän jälkeen yhteystiedot tuhoetaan tietosuojajohtueistuksen mukaisesti. Kaikki palaute on tervetullutta toiminnan kehittämiseksi.